

Gerätebezeichnung:

IDÄSH:

Fallnummer:

Unterlagen zur Vorlage an die ÄSH		Anwenderangaben		Einträge nur durch Ärztliche Stelle Hessen:			
		Bitte ankreuzen bzw. notieren!	Anmerkungen	Zusendung	Nachlieferung	Ausgang	Bemerkungen
2.	Technische Qualitätssicherung des Röntengerätes						
2.1	Protokolle	beigelegt	Hinweise an die ÄSH:				
2.1.1.	Abnahmeprotokoll des Röntengerätes	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
2.1.2.	Teilabnahmeprotokoll(e) nach wesentlichen Änderungen Datum Teilabnahmeprüfung(en):	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
2.1.3.	Sachverständigenprotokoll	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
2.1.4.	Abnahmeprotokoll des digitalen Bildempfängersystems	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
2.2.	Konstanzprüfung des Röntengerätes	Anzahl CDs:					
2.2.1.	Arbeitsplatz Rastertisch						
2.2.1.1	Arbeitstäglich	Anzahl					
	Formblätter	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	Bezugsaufnahme(n)	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	Prüfkörperaufnahmen Konstanzprüfung	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
2.2.1.2.	Wöchentlich (gilt nicht für digitale Systeme)						
	Formblätter	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	Bezugsaufnahme(n) 18 x 24 cm: Phantom 20, 40, 60 mm	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	Prüfkörperaufnahmen 18 x 24 cm: Konstanzprüfung	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	ggf. Bezugsaufnahme 24 x 30 cm: Phantom 60 mm	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	ggf. Prüfkörperaufnahmen 24 x 30 cm Konstanzprüfung	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
2.2.2.	Arbeitsplatz Rastertisch						
2.2.2.1	Monatlich						
	Formblätter	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	Bezugsaufnahme(n)	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	Prüfkörperaufnahmen Konstanzprüfung	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
2.2.2.2	Jährlich						
	Formblätter	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	Bezugsaufnahme(n)	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
	Prüfkörperaufnahmen Konstanzprüfung	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					

Die Erläuterungen zu dieser Anforderungsliste finden Sie auf der Rückseite.

Erläuterungen zur Anforderung von Unterlagen - Technik Mammographiegerät:

	Reihenfolge der Sortierung	Erläuterungen
	Anforderungsliste	Bitte halten Sie die vorgegebene Reihenfolge beim Sortieren der Unterlagen ein und füllen Sie die Spalte „Anwenderangaben“ in dieser Anforderungsliste aus . Sind Unterlagen nicht vorhanden, weil der Arbeitsplatz oder die Betriebsart nicht vorhanden ist bzw. keine Qualitätssicherung durchgeführt wurde, vermerken Sie dieses, bitte, im entsprechenden Feld unter der Spalte „Anwenderangaben“. Wichtig: Legen Sie bitte das vorliegende Blatt (die ausgefüllte Anforderungsliste „2. Technik“) als Deckblatt oben auf.
2.	Technische Qualitätssicherung d. Röntgengerätes	
2.1.	Protokolle	
2.1.1.	Abnahmeprotokoll des Röntgengerätes	Kopie des Protokolls der (letzten) Abnahmeprüfung (§16 Abs. 2 RöV), meist vom Hersteller / Lieferant des Röntgengerätes. Falls kein Abnahmeprotokoll (mehr) vorliegen sollte, senden Sie bitte alle vorhanden Teilabnahmeprotokolle mit und besorgen Sie sich bitte bis zur nächsten Überprüfung eine vollständige Abnahmeprüfung (s. Aufbewahrungspflicht nach § 16 Abs. 4 RöV).
2.1.2.	Teilabnahmeprotokoll(e)	Kopien der Protokolle der aktuellen <u>Teilabnahmeprüfung</u> und alle Teilabnahmeprüfungen aus den letzten 2 Jahren nach wesentlichen Änderungen.
2.1.3.	Sachverständigenprotokoll	Kopie des letzten erstellten Sachverständigenprüfberichtes (nach § 4 RöV (für die Anzeige des Röntgengerätes) oder nach § 18 RöV (5-jährige Wiederholungsprüfung)) Bitte zusenden, soweit nicht als Unterlagen in der ÄSH bereits vorhanden (im Anschreiben der ÄSH vermerkt).
2.1.4.	Abnahmeprotokoll des digitalen Bildempfängersystems	Kopie des Protokolls der Abnahmeprüfung von digitalen Bildempfängersystemen, z.B. Speicherfolien. Wenn dieses Protokoll identisch mit dem Protokoll unter Punkt 2.1.1 ist, dann vermerken Sie es bitte in der Zeile 2.1.4. unter der Spalte „Anwenderangaben“.
2.2.	Konstanzprüfung des Röntgengerätes	
2.2.1.1	Arbeitsplatz Rastertisch Arbeitstäglich	
	Formblätter	Kopien der Formblätter, die die Messergebnisse aus den selben Monaten wie die Patientenuntersuchungen dokumentieren (Dokumentation der Gerätekonstanzprüfung) mit folgenden Angaben (jeweils für alle Arbeitsplätze / Anwendungsgeräte): <ul style="list-style-type: none"> o Institution o Röntgen- und Anwendungsgerät (Arbeitsplatz) o Eingesetzte Mess- und Prüfmittel (z. B. Messgerätetyp, Phantombezeichnung) o Abbildungssystem (z. B. Film- und Folientyp) o Aufnahmebedingungen (z. B. FFA, kV, ...) o Bezugswerte mit Anfertigungsdatum der Erstellung o Prüfwerte und -ergebnisse der Konstanzprüfungen mit dem entsprechenden Anfertigungsdatum
	Bezugsaufnahme(n)	Bezugsaufnahmen (Prüfkörperaufnahmen) erstellt bei der letzten Abnahme- bzw. Teilabnahmeprüfung zur Ermittlung der aktuellen Bezugswerte (Referenzwerte). Digital: Bitte speichern Sie die Bilddateien korrekt und verständlich benannt auf einer CD im Dicomformat einschließlich DICOM-Verzeichnis ab. Bitte nicht vergessen die CD mit den Institutionsangaben zu kennzeichnen!
	Prüfkörperaufnahmen der Konstanzprüfung	Arbeitstäbliche Prüfkörperaufnahmen von den selben Datumsangaben wie die Patientenaufnahmen
2.2.1.2	Wöchentlich	(gilt nicht für digitale Systeme)
	Formblätter	siehe unter 2.2.1.1.
	Bezugsaufnahmen	siehe unter 2.2.1.1.
	Prüfkörperaufnahmen der Konstanzprüfung	Wöchentliche Prüfkörperaufnahmen aus dem selben Monaten wie die Patientenaufnahmen (mindestens 1 Monat)
2.2.2.1	Arbeitsplatz Rastertisch Monatlich	
	Formblätter	Kopien der Formblätter, die die Messergebnisse aus den letzten 6 Monaten vor dem Datum des 1. Anforderungsschreibens dokumentieren.
	Bezugsaufnahmen	siehe unter 2.2.1.1.
	Prüfkörperaufnahmen der Konstanzprüfung	Monatliche Prüfkörperaufnahmen aus den letzten 6 Monaten vor dem Datum des 1. Anforderungsschreibens
2.2.2.2	Jährlich	
	Formblätter	Es sind die Kopien der Formblätter mit den Messergebnissen der letzten Konstanzprüfung einschließlich der unter Punkt 2.2.1.1. dokumentierten Angaben einzureichen, soweit die jährliche Konstanzprüfung bereits durchgeführt wurde.
	Bezugsaufnahme(n)	siehe unter 2.2.1.1.
	Prüfkörperaufnahmen der Konstanzprüfung	Prüfkörperaufnahmen der aktuellen jährlichen Konstanzprüfung.

Bitte reichen Sie **gut lesbare Kopien** von Originalpapieren ein!